



ЦЕНТР ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ
ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИКИ И КОММЕРЦИИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
(КЫРГЫЗСТАНДАРТ)

СЕРТИФИКАТ

о признании утверждения типа средств измерений

№ 4074

Настоящий сертификат удостоверяет, что тип
VLF

обозначение типа

Счетчики холодной и горячей воды крыльчатые торговой марки VALTEC

наименование средств измерений

производимых ООО «Спутник»

наименование производителя

г. Санкт-Петербург, Россия

территориальное место расположения производства

внесен в Государственный реестр средств измерений под № KG417/01.12.4074-25 и допущен к применению в Кыргызской Республике на основании признания результатов испытаний и утверждения данного типа, проведенных

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

наименование национального органа

Российской Федерации

по метрологии страны экспортера

Сроки проведения поверки:

Водосчетчики промышленные:

- с диаметром условного прохода 15-20 мм – один раз в 5 лет;
- с диаметром условного прохода свыше 15-20 мм – один раз в год.

Водосчетчики бытовые (для горячей и холодной воды) с диаметром условного прохода 15-20 мм – один раз в 5 лет.

Данный сертификат распространяется на средства измерений, произведенные до конца срока действия (до 10.02.2030 г.) признаваемого свидетельства (сертификата) об утверждении типа средств измерений.

Заместитель директора

А.Н. Мусаев

«24».....01.....2025 г.





КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН
ЭКОНОМИКА ЖАНА КОММЕРЦИЯ МИНИСТРЛИГИНЕ КАРАШТУУ
СТАНДАРТТАШТЫРУУ ЖАНА МЕТРОЛОГИЯ БОЮНЧА БОРБОРУ
(КЫРГЫЗСТАНДАРТ)

Өлчөө каражаттарынын бекитилген тибин таануу жөнүндө

ТАСТЫКТАМА

№ 4074

Ушул тастыктама

VLF

тиби

типтин белгиси

VALTEC соодалык маркасынын муздак жана ысык сууларынын калакчалуу
эсептегичтери

өлчөө каражаттарынын аталышы

Санкт-Петербург ш., Россия

ишкананын жайгашкан аймактык орду

«Спутник» ЖКасында

жасап чыгаруучунун аталышы

чыгарылган Кыргыз Республикасынын өлчөө каражаттарынын мамлекеттик
реестрине № KG417/01.12.4074-25 номери менен киргизилген жана

Россия Федерациясынын техникалык жөнгө салуу жана метрология боюнча

экспорттоочу өлкөлөнүн метрология боюнча

Федералдык агентчилигинде

улуттук органынын аталышы

өткөрүлгөн сыноолордун натыйжаларын жана ушул типтин бекитүүсүн
таанунун негизинде Кыргыз Республикасында колдонууга уруксат
берилгендигин ырастайт.

Текшерүү жүргүзүү мөөнөтү:

- өндүрүштүк суу эсептегичтери:

- 15-20 мм шарттуу өтмөк диаметри м-н – 5 жылда бир жолу;

- 20 мм ден жогорку шарттуу өтмөк диаметри м-н – бир жылда бир жолу.

- тирилик суу эсептегичтери (ысык жана муздак суулар үчүн) 15-20 мм шарттуу
өтмөк диаметри м-н – 5 жылда бир жолу.

Бул тастыктама өлчөө каражаттарынын тибин бекитүү жөнүндө таанылган
күбөлүктүн (тастыктаманын) жарактуулук мөөнөтү аяктаганга чейин
(10.02.2030-ж. чейин) өндүрүлгөн өлчөө каражаттарына жайылтылат.

Директордун орун басары

А.Н. Мусаев

«24»...01.....2025-ж.

